



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 7

Siemiatycze 07.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

1. Czy zamawiający w pakiecie 12 pozycja 4 dopuści troker z dwustopniowym zaworem insuflacyjno desuflacyjnym (insulacja/desuflacja lub stop) – konieczność dołączenia węża CO2 podczas desuflacji lub wykonania desuflacji na innym trokerze, pakowany w opakowania zbiorcze po 6 szt., pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający w Pakiecie 12 pozycja 5 dopuści produkt pakowany w opakowania zbiorcze po 6 szt., pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

3. Czy zamawiający w pakiecie 12 pozycja 6 dopuści, aby troker 5 mm, jak również kaniula 5mm była wyposażona w dwustopniowy zawór insuflacja/desuflacja lub stop – konieczność odłączenia węża CO2 do wykonania desuflacji lub wykonanie desuflacji na innym trokarze, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR SP ZOZ
Adam Dębski
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Adam Dębski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 8

Siemiatycze 07.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pakiet 14

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwetek wykonanych z warstwy chłonnej celulozy oraz nieprzemakalnej folii PE w rozmiarze 33x45cm, pakowanych po 50szt z możliwością przeliczenia na 160 opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR SP ZOZ

Adam Dębski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

Adam Dębski

M 17 14 Kuzna



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzosiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 11

Siemiatycze 07.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pakiet nr 22

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu nr 22 dopuści zaoferowanie igieł o dł. roboczej 1600 i 2300 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: TAK

Pakiet nr 36

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów o długościach 165 i 230 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: TAK

Pakiet nr 38

3. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu nr 38 dopuści zaoferowanie pętli o średnicach od 10 mm do 32 mm, długość 240 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: TAK

Pakiet nr 40

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z podwiązkami wykonanymi z lateksu, portem Luer-Lock w głowicy do przyłączania drenu do splukiwania miejsca obliteracji, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: NIE

DYREKTOR SP ZOZ

Adam Dębski

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Adam Dębski

M Z P



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 1

Siemiatycze 07.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pakiet nr 24

Poz. 2 Prosimy o sprecyzowanie czy papier ma być z nadrukiem czy bez nadruku?

Odp.: Zaoferowany papier ma posiadać nadruk.

Poz. 7 Prosimy o podanie rozmiaru papieru jaki oczekuje zamawiający. W przypadku rolki długość x szerokość, w przypadku składanki długość x szerokość x ilość kartek.

Odp.: Zamawiającego wymaga zaoferowania papieru w formie składanki o następujących wymiarach: 150x90x150, ilość min 150 stron w bloczku.

DYREKTOR SP ZOZ

Adam Dębski
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Adam Dębski

M P
Kozłowski