



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 10

Siemiatycze 17.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pyt. 1 Pakiet nr 22

Czy zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe igły do ostrzykiwań o długości igły 2300mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2 Pakiet nr 36

Czy zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku o długości 195 i 230cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3 Pakiet nr 37

Czy zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wydzieli do osobnego pakietu np. 37a pozycję 3 i dopuści szczypcy biopsyjne jednorazowe o długości 120 lub 180cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozmiar 180

Pyt. 4 Pakiet nr 38

Czy zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści pętle jednorazowe do polipektomii o średnicach pętli od 10-36mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5 Pakiet nr 38

Czy zamawiający dopuści ustnik plastikowy o wymiarach otworu 21 x 26mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6 Pakiet nr 39

Czy zamawiający dopuści szczotki do czyszczenia kanałów biopsyjnych o średnicy 5-7mm i 11mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR SP ZOZ

Adam Dębski

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Adam Dębski