



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 13

Siemiatycze 17.03.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie 1- Pakiet 1 , poz. 1-5

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 57. Nowy pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 2- Pakiet 1 , poz. 1.1-1.4

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta o braku zawartości ftalanów jednocześnie odstępując od wymogu, aby taka informacja pojawiła się na opakowaniu jednostkowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuści oświadczenie producenta

Pytanie 3- Pakiet 1 , poz. 2-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową, dwustronna skala nie ma bowiem żadnego medycznego uzasadnienia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4- Pakiet 1 , poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z igłą w rozmiarze 0,45x13mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5- Pakiet 2 , poz. 1.1-1.8

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 58. Nowy pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 6- Pakiet 2 , poz. 3

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 59. Nowy pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 7- Pakiet 2 , poz. 3

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje obu rozmiarów igieł do leków, czy są to opcje równoważne?

Odp.: Zamawiający oczekuje obu rozmiarów.

Pytanie 8- Pakiet 2 , poz. 6

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje obu rozmiarów igieł do penów 0,3x8mm i 0,25x8mm, czy są to opcje równoważne?

Odp.: Zamawiający oczekuje obu rozmiarów.

Pytanie 9- Pakiet 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igły do penów o rozmiarze 0,25x4mm lub 0,25x6mm zamiast 0,25x8mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10- Pakiet 2, poz. 7-12

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 60. Nowy pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 11- Pakiet 2, poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12- Pakiet 2, poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści kaniule z dwoma paskami radiocieniującymi?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13- Pakiet 2, poz. 7-9

Czy Zamawiający dopuści kaniule w opakowaniu z papieru klasy medycznej?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14- Pakiet 2, poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści kaniule o podanych rozmiarach i przepływach:

Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
14G	2,05x45	270ml/min
16G	1,7x45	180ml/min
17G	1,4x45	125ml/min
18G	1,2x32 1,2x45	80ml/min
20G	1,0x32	54ml/min
22G	0,8x25	31ml/min
24G	0,7x19	18ml/min

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie15- Pakiet 2, poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści kaniule o podanych rozmiarach i przepływach:

Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
14G	2,20x45	290ml/min
16G	1,7x45	180ml/min
17G	1,50x45	130ml/min
18G	1,2x45 1,2x38	90ml/min
20G	1,0x32	57ml/min
22G	0,8x25	33ml/min
24G	0,7x19	13ml/min

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16- Pakiet 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści 4 paski radiocieniujące? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17- Pakiet 2, poz.10-12

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp.: Pozycje zostały wydzielone zgodnie z pytaniem 10.

Pytanie 18- Pakiet 2, poz.11-12

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przedłużaczy o długości 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19- Pakiet 6, poz. 44-46

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie odrębnego pakietu z osłonami, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 65 . Nowy pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 20- Pakiet 13, poz. 1-2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 62. Nowy pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 21- Pakiet 13, poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu umieszczania nazwy producenta bezpośrednio na koreczku. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.

Pytanie 22- Pakiet 13, poz. 4

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 63. Nowy pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 23- Pakiet 13, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści optyczny, biały indykator pozycji? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24- Pakiet 13, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści białe znaczniki określające rodzaj linii żył lub tętnicy?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wymaga kolorowego oznaczenia.

Pytanie 25- Pakiet 13, poz. 6

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 64. Nowy pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 26- Pakiet 13, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspirowania płynów i leków z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 27- Pakiet 13, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspirowania płynów i leków bez zastawki antyzwrotnej?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 28- Pakiet 13, poz. 10a-10b

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 61. Nowy pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 29- Pakiet 13, poz. 10b

Czy Zamawiający dopuści bursztynowy przedłużacz do leków światłoczułych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30- Pakiet 25, poz. 2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 66. Nowy pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 31- Pakiet 25, poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści rampę 5 kraników trójdrożnych z płytką o następujących właściwościach:
System 5 kraników.
- Strzałki wskazujące kierunek przepływu.
- Równomierny przepływ płynu bez zmiany ciśnienia.
- Końcówka luer-lock z nakrętką.
- Kolorowe pokrętła.
- Sterylne.
- Jednorazowego użytku.
- Opakowanie papier-folia

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 32- Pakiet 25, poz. 14

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy pakiet nr 67. Nowy pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

DYREKTOR SP ZOZ
Adam Dębski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Adam Dębski