



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 14

Siemiatycze 17.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji, to pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do aparatu do znieczulenia jednorurowego, typu „rura w rurze” o średnicy 22mm i długości 180 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą długości 90 cm z 2l workiem bezłateksowym. Takie rozwiązanie pozwala na ogrzewanie rury wdechowej poprzez wydech pacjenta i, w przeciwieństwie do tych opisanych w SIWZ, nie powoduje kondensacji wilgoci na wewnętrznej membranie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do respiratora z filtrem, układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” do respiratora o średnicy 22mm i długości 180 cm z kolankiem z portem kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty. Możliwość stosowania przez 7 dni, potwierdzone dokumentami producenta. W zestawie filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, zestaw pakowany w jednym oryginalnym opakowaniu producenta. Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwala na ogrzewanie rury wdechowej poprzez wydech pacjenta i, w przeciwieństwie do tych opisanych w SIWZ, nie powoduje kondensacji wilgoci na wewnętrznej membranie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, masa 25 g, zakres objętości 150-1500ml, przestrzeń martwa 45ml, wydajność filtracji 99,999%, opory przepływu 0,83 cm H₂O przy 30 l/min, wydajność nawilżania przy VT500 wynoszącą 33mg/l H₂O, z portem do próbkowania gazu, sterylność?

Odp.: ZGODNIE Z SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, masa 18 g, zakres objętości 75-1200ml, przestrzeń martwa 26ml, wydajność filtracji 99,999%, wydajność nawilżania przy VT250 wynoszącą 32mg/l H₂O, z portem do próbkowania gazu, sterylny?

Odp.: ZGODNIE Z SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 7, 8

Czy Zamawiający wymaga łyżki do laryngoskopu światłowodowej?

Odp.: TAK

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 9, 10

Prosimy o dopuszczenie rękojeści do laryngoskopu LED standardową, wykonaną w zielonym standardzie na baterie, radełkowaną (co zapewnia pewny chwyt w dłoni), z możliwością sterylizacji, gwarancja 5 lat?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR SP ZOZ

Adam Dębski

DYREKTOR
Zakładu Specjalnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Adam Dębski