



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 15

Siemiatycze 17.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:

- komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml (wersja pediatryczna 400 ml) z podziałką co 10 ml oraz wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości
- komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka (zestaw przewidziany na siedem dni)
- płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H₂O
- wyskalowany optyczny wskaźnik informujący o faktycznej sile ssania
- sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze
- wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego
- automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej
- podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim
- kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc
- kontrolka sygnalizująca niedrożność drenu w kierunku pacjenta
- posiadający bezigłowy port do pobierania próbek
- pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne podczas transportu)
- wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu a także zaczep mocujący do ubrania pacjenta
- zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych – np. zalewanie płynem
- jednorazowego użytku, sterylny
- worek do opróżniania zestawu o pojemności 1000ml z korkiem zamykającym

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy § 3 ust. 8 pkt. 1) wzoru umowy

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 72 godz. na uzupełnienie braków ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni.

uznanie zasadności reklamacji, co wiąże się z wizytą Przedstawiciela oraz wysyłka.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje powyższy zapis.

Dotyczy § 3 ust. 9 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 3 ust. 9 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [..... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi."

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1)-2) wzoru umowy

Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% wartości brutto towaru sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współzycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,2%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR SP ZOZ

Adam Dębski

DYREKTOR
Zakładu Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Adam Dębski