



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 16

Siemiatycze 15.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pakiet 3

Poz. 3, 4

1. Prosimy o wydzielenie pozycji 3, 4 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuści zamienniki oryginalnych czujników, wykorzystywane obecnie w wielu szpitalach, spełniające parametry SIWZ i kompatybilne z technologią OxiMax

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający oczekuje czujników podłączanych bezpośrednio do kardiomonitora czy do kabla przedłużającego?

Odp.: Zamawiający oczekuje czujników podłączonych bezpośrednio do kardiomonitora.

Poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje czujnika dla dorosłych?

Odp.: Dla dorosłych.

Czy zamawiający oczekuje czujnika typu klips czy gumka?

Odp.: Typu klips.

Pakiet 11

Poz. 5, 6

1. Prosimy o dopuszczenie mankietów infuzyjnych wykonanych z poliestru i poliamidu wyposażonych w manometr ze skalą 0-300 mmHg, bez kolorowego oznaczenia strefy roboczej oraz gruszkę do napełniania z zaworem zamykanym za pomocą pokrętła, z możliwością dezynfekcji powierzchniowej oraz prania w 30°C, spełniających pozostałe wymagania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o wydzielenie pozycji 5, 6 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela powyższe pozycje do odrębnego pakietu i tworzy dwu pozycyjny pakiet o nr 53

Poz. 7, 8

Czy Zamawiający dopuści łyżki mikrobiologicznie czyste, spełniające wszystkie wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9.

Prosimy o dopuszczenie rękojeści, kompatybilnej z tzw. „zielonym standardem”, wykonanej ze stali nierdzewnej, na baterie LR14, z możliwością sterylizowania w autoklawie, po wyjęciu baterii.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie rękojeści, kompatybilnej z tzw. „zielonym standardem”, wykonanej z chromowanego metalu, na baterie CR123, z możliwością sterylizowania w autoklawie, po wyjęciu baterii.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 7, 8, 9, 10

Prosimy o wydzielenie pozycji 7, 8, 9, 10 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp.: Odpowiedź udzielono w zestawie pytań nr 4.

Pakiet 26

Poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści łyżki mikrobiologicznie czyste, spełniające wszystkie wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie rękojeści, kompatybilnej z tzw. „zielonym standardem”, wykonanej ze stali nierdzewnej, na baterie LR14, z możliwością sterylizowania w autoklawie, po wyjęciu baterii.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie rękojeści, kompatybilnej z tzw. „zielonym standardem”, wykonanej z chromowanego metalu, na baterie CR123, z możliwością sterylizowania w autoklawie, po wyjęciu baterii.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9, 10, 11, 12

Prosimy o wydzielenie pozycji 9, 10, 11, 12 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp.: Odpowiedź udzielono w zestawie pytań nr 4.

DYREKTOR SP ZOZ
Adam Dębski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Adam Dębski