



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 18

Siemiatycze 15.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

PAKIET 36

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 36, w miejsce pierwotnych parametrów, klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku z dwuramiennym klipssem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia klipsa 16mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia przed całkowitym uwolnieniem, z możliwością rotacji, długość 230 cm do użycia zarówno z gastroskopem i kolonoskopem, do kanału endoskopu 2,8mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 38

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 38 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, pętli jednorazowych do polipektomii wykonanych z drutu z pamięcią kształtu. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalającą na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki. Średnice pętli: 1,5x3; 2,5x5,5 i 3x6 cm, długość robocza 240cm, do kanału roboczego 2,8mm, kształt owalny?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 38 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, ustników z miękkiego polietylenu do endoskopii, jednorazowego użytku z elastyczną regulowaną opaską nie zawierającą lateksu, podtrzymującą ustnik, pozwalającą na użycie endoskopu lub poszerzała o średnicy 48 Fr (16mm) z otworami bocznymi 2x2 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 39

4. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 39, w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek do czyszczenia kanałów biopsyjnych podwójne o średnicy 6,5 – 5 mm, długość 240 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PAKIET 40

5. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 40, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów podwiązek do żyłaków przelyku (6 lateksowych podwiązek w jednym zestawie), zamontowanych w sposób nie ograniczający pola widzenia, działających w dwóch pozycjach magazynek Opti-Vu® posiadających pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki - zapewniający maksymalną widoczność pod endoskopem przy zachowaniu ssania, cewnik ładujący, precyzyjny uchwyt oraz adapter irygacyjny do płukania miejsca obliteracji, wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka (w innym kolorze niż pozostałe)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PAKIET 42

6. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 42, w miejsce pierwotnych parametrów, tuszu do tatuażu (oznaczania) zmian w jelicie grubym, jałowy, w jednorazowych strzykawkach zawierających 5 ml jałowej, biokompatybilnej zawiesiny wysoko oczyszczonych cząstek węgla?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR SP ZOZ
Adam Dębski


DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Adam Dębski