



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 19

Siemiatycze 15.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje w pakiecie 11 pozycja 10 rękojeści LED KRÓTKIEJ, zielony standard, która zasilana jest bateriami CR123. Chcielibyśmy poinformować, iż rękojeści, które posiadamy w ofercie, tj standardowa zasilana jest na baterie 2xAAA, natomiast rękojeść krótka zasilana jest baterią CR123, obie rękojeści są w zielonym standardzie i kompatybilne ze wszystkimi łyżkami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR SP ZOZ
Adam Dębski

(Handwritten signature and blue stamp)
DIREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Adam Dębski