



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzosiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 2

Siemiatycze 18.03.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pakiet nr 33, poz. 5-7

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla rękawic niejałowych. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie środków finansowych.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela powyższe pozycje do odrębnego pakietu nr 69. Nowo utworzony pakiet nr 69 i zmodyfikowany pakiet nr 33, są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

Pakiet nr 33, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic w strefie palca 0,21-0,22mm.

ODP.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 33, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic firmy Ansell o grubości w strefie palca 0,185mm i posiadających prosty mankiet z opaską samoprzylepną.

ODP.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 33, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic firmy Ansell: rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna: pokryta poliuretanem i silikonowana, kształt anatomiczny, prosty mankiet z opaską samoprzylepną, rozm. 6-9, zgodne z normą EN 455-1,2,3.

ODP.: Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR SP ZOZ
Adam Dębski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Adam Dębski