



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: [sekretariat@spzosiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzosiemiatycze.pl) •

Zestaw pytań nr 22

Siemiatycze 17.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty z oświadczeniem o posiadaniu świadectw dopuszczenia do obrotu i używania z klauzulą dostarczenia ich na każde żądanie Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 2 dotyczy SIWZ

W przypadku niezgodności zaofertowanego asortymentu z wymogami SIWZ czy Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji zaofertowanego sprzętu poprzez wezwanie danego Wykonawcy do złożenia próbek w celu wyjaśnienia i potwierdzenia zgodności zaofertowanego sprzętu z wymogami SIWZ.

**Odp.: Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zaofertowanego sprzętu umieszczonego w katalogach, załączonych do oferty, będzie wzywał, żądał od potencjalnego Wykonawcy złożenia próbek w celu dalszej weryfikacji.**

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł, które są igłami równoważnymi:  
*Igły iniekcyjne j.u. bezpieczne z mechanizmem bezpieczeństwa zintegrowanym z igłą, umożliwiające aktywację jedną ręką, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, kompatybilne z końcówkami Luer Slip i Luer Lock, zabezpieczenie podwójnym mechanizmem blokady, rozmiary:*

*0,5 x 25 mm a'100 szt.*

*0,6 x 30 mm a'100 szt.*

*0,7 x 30 mm a'100 szt.*

*0,8 x 40 mm a'100 szt.*

*0,9 x 40 mm a'100 szt.*

*1,1 x 40 mm a'100 szt.*

*1,2 x 40 mm a'100 szt.*

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 2 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł, które są igłami równoważnymi:  
*Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampulki, ścięta pod kątem 45°, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekuwania, sterylizowana EO, rozmiar 18Gx 40mm, sterylna a'100szt.*

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 2 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł, które są igłami równoważnymi:  
*Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampulki, ścięta pod kątem 45°, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18Gx 40mm, sterylna a'100szt.*

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 2 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych kaniul, które są kaniulami równoważnymi:

*Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiadają: samozamykający się zawór górnego portu, 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełko zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membranę hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, międzynarodowy kod kolorów, nazwę producenta umieszczoną bezpośrednio na kaniuli, mechanizm zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu bocznego aktywowany ruchem obrotowym, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowane EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary:*

*24G dl.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dl. 25mm (przepływ 36ml/min); 20 G dl. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dl. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dl. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dl. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dl. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dl. 50mm (przepływ 196ml/min); 14G dl. 50mm (przepływ 343ml/min), sterylne*

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 2 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych kaniul, które są kaniulami równoważnymi:

*Kaniule z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym metalowym zatraskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, w rozmiarach 22-14G. Nie posiadająca bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkluwania się do naczynia, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu bocznego aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary:*

*24G dl.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dl. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dl. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dl. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dl. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dl. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dl. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dl.50mm (przepływ 196ml/min); 14G dl. 50mm (przepływ 343ml/min), sterylne.*

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 2 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych kaniul, które są kaniulami równoważnymi:

*Kaniula dożylna bezpieczna 26G x 19mm (przepływ: 17ml/min), wykonana z FEP, posiadająca wbudowany plastikowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegnięcia przypadkowemu zakłuciu, posiadający samo domykający się koreczek, port boczny, filtr hydrofobowy, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, opakowanie jednostkowe typu tyvec, sterylizowana EO.*

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 2 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych bezigłowych łączników, które są łącznikami równoważnymi:

*Zastawka do dostępu bezigłowego o ergonomicznym kształcie z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membranę zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu. Zastawka bez elementów metalowych, zakończona końcówkami luer-lock, posiadająca automatyczny system zapobiegający cofaniu krwi/leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, umożliwiająca stosowanie ponad 200 dostępów, wyrzut pozytywny 0,03ml, odporność ciśnieniowa 300psi/21 bar, bez lateksu i DEHP, pakowana pojedynczo, sterylna.*

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 2 poz. 11

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych bezigłowych łączników, które są łącznikami równoważnymi:

*Drenik Y z dwoma zastawkami dostępu bezigłowego: dwie zastawki o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji; zastawki z przezroczystą obudową; z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu; z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu; nie posiadająca metalowych elementów; zastawki zakończone końcówkami luer-lock; umożliwiające stosowanie ponad 200ostępów; zastawki posiadają automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej; 18 cm drenik Y o małej średnicy (całkowita objętość wypełnienia nie większa niż 0,9 ml), z dwoma zaciskami ślizgowymi, połączony na stałe z dwoma zastawkami; zastawki wraz z drenem nie zawierają lateksu i DEHP; zastawki z drenem pakowane pojedynczo, sterylne*

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 2 poz. 12

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych bezigłowych łączników, które są łącznikami równoważnymi:

*Trzy zastawki o ergonomicznym kształcie; zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji; zastawki z przezroczystą obudową; z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu; z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu; nie posiadająca metalowych elementów; zastawki zakończone końcówkami luer-lock; umożliwiające stosowanie ponad 200ostępów; zastawki muszą posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej; 20 cm drenik, o małej średnicy (całkowita objętość wypełnienia nie większa niż 1,3 ml), z trzema zaciskami ślizgowymi, połączony na stałe z trzema zastawkami; zastawki nie zawierają lateksu i DEHP; zastawki z drenem pakowane pojedynczo, sterylne.*

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 6 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu medycznego o długości rolki 40 metrów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem ilości do pełnych rolek.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 6 poz. 30

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pojemników do pakowania do badań histopatologicznych o pojemności 120 ml.

W przypadku odmownej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 6 poz. 67-68

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty cenowo.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela powyższe pozycje do odrębnego pakietu nr 55. Nowo utworzony pakiet dostępny jest na stronie zamawiającego.**

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 6 poz. 78

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie szyny Kramera o wymiarach 10 cm x 150 cm. Prośbę swą kierujemy, ponieważ nikt z producentów nie produkuje tak szerokich szyn oraz tak długich ponad 2 metrów. Pozwoli to złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę przetargową.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 26 poz. 11-12

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty cenowo.

**Odp.: Proszę patrzeć zestaw pytań nr 4.**

DYREKTOR SP-ZOZ  
Samodzielny Zespół  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Adam Dębski  
Adam Dębski