



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 23

Siemiatycze 17.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie 1: Pakiet 5:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu 5 poz. 4-12 i dopuszczenie do złożenia oferty w zakresie tych pozycji.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela powyższe pozycje do odrębnego pakietu nr 68. Nowo utworzony pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Poz. 7: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie igły prowadzącej 22G, kompatybilnej z wymaganą igłą do znieczulenia 27G.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Poz. 8: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie igły prowadzącej 22G, kompatybilnej z wymaganą igłą do znieczulenia 29G.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Poz. 9: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie igły o dł. 90 mm zamiast 88 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 20

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu 20, pozycji 4 - elektrody neutralnej j. u. typu BOVA, asortymentowo niezwiązanej z pozostałymi, wymaganymi w pakiecie. Wydzielenie pozycji umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela powyższą pozycję do odrębnego pakietu nr 56. Nowo utworzony pakiet dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Poz. 23, 24: Uwzględniając dotychczasowe zapotrzebowanie Zamawiającego, uprzejmie prosimy o dopuszczenie drenu o średnicy zew./wew.: 12mm x 9mm, zamiast 12 x 8mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR SP ZOZ
Adam Dębski
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Adam Dębski