



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 4

Siemiatycze 15.03.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Dotyczy Pakietu nr 11 oraz Pakietu nr 26

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 11 pozycje nr 7, 8, 9, 10 i z pakietu nr 26 pozycje nr 9, 10, 11, 12 do odrębnego pakietu? Wyżej wymienione pozycje stanowią odrębną kategorię asortymentową.

Wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu umożliwi złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, zwiększy konkurencyjność, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych.

Odp.: Wyrażamy zgodę i modyfikujemy poszczególne pakiety następująco. Z pakietu nr 11 usuwamy pozycje 7,8,9,10 gdyż ten sam asortyment powtarza się w pakiecie 26 Natomiast z pakietu 26 wydziela pozycje 9,10,11,12 i tworzy odrębny pakiet nr 46. Nowo utworzone i zmodyfikowane pakiety, udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego.

Dotyczy Pakietu nr 11 pozycja nr 9

Czy Zamawiający w w/w pakiecie, pozycja nr 9 dopuści możliwość zaoferowania rękojeści do laryngoskopu LED, standardowa, zielony standard na baterie R6, ergonomiczna radełkowana powierzchnia rękojeści zapewniająca pewny uchwyt, wysoki komfort pracy, gwarancja 2 lata, możliwość sterylizacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 11 pozycja nr 10

Czy Zamawiający w w/w pakiecie, pozycja nr 10 dopuści możliwość zaoferowania rękojeści do laryngoskopu LED, standardowa, zielony standard na baterie R14, ergonomiczna radełkowana powierzchnia rękojeści zapewniająca pewny uchwyt, wysoki komfort pracy, gwarancja 2 lata, możliwość sterylizacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 26 pozycja nr 11

Czy Zamawiający w w/w pakiecie, pozycja nr 11 dopuści możliwość zaoferowania rękojeści do laryngoskopu LED, standardowa, zielony standard na baterie R6, ergonomiczna radełkowana powierzchnia rękojeści zapewniająca pewny uchwyt, wysoki komfort pracy, gwarancja 2 lata, możliwość sterylizacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 26 pozycja nr 12

Czy Zamawiający w w/w pakiecie, pozycja nr 12 dopuści możliwość zaoferowania rękojeści do laryngoskopu LED, standardowa, zielony standard na baterie R14, ergonomiczna radełkowana powierzchnia rękojeści zapewniająca pewny uchwyt, wysoki komfort pracy, gwarancja 2 lata, możliwość sterylizacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR SP ZOZ
Adam Dębski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Adam Dębski