



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Zestaw pytań nr 27

Siemiatycze 30.03.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/16

Pakiet 60 po wydzieleniu.

Pozycja 2

1. Ze względu na różne techniki i sposoby zabezpieczenia kaniul, prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy dla ochrony przed ekspozycją zawodową w postaci przypadków nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły innych niż zakłucie kaniula ma posiadać automatyczną osłonkę wyposażoną w kapilary?

Odp.: TAK

Pakiet 67

1. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie z jakiego materiału powinien być wykonany cewnik kaniuli?

Odp.: Cewniki kaniul mają być wykonane z PTFE.

Pakiet 66

1. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie z jakiego materiału powinna być wykonana rampa i jaką długość powinien mieć dren rampy.

Odp.: Rampy powinny być wykonane z polisulfonu, materiału przystosowanego do leków silnie działających i drażniących, długość rampy max 180 cm.

DYREKTOR SP ZOZ
Adam Dębski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Adam Dębski