



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 2

Siemiatycze 12.09.2016r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/15/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w części 2 pozycji 1 zastawkę dostępu bezigłowego, w której nie występuje zjawisko cofania ani wyrzutu krwi/leków w kierunku zastawki? Proponowany produkt charakteryzuje się nowoczesnym technologicznie rozwiązaniem jakim jest refluks neutralny co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych.
Odp.: Zamawiający dopuszcza
2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w części 2 pozycji 1 zastawkę dostępu bezigłowego odporną na ciśnienie
7 bar=101,53 psi?
Odp.: Zamawiający dopuszcza
3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w części 2 pozycji 2 drenik w kształcie V, o długości całkowitej 13-15 cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza
4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w części 2 w pozycji 3 trzy zastawki z drenami, o długości całkowitej 13-15 cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk