



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 14

Siemiatycze 26.07.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/12/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

1. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie oferty testów paskowych do glukometrów o następującej charakterystyce: Auto-coding, enzym oksydaza glukozy, zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl, szeroki zakres hematokrytu 10-70% (który oczywiście umożliwia również pomiar w zakresie hematokrytu 20-60%), czas pomiaru 5s, objętość próbki 0,5 mikrolitra, testy paskowe przeznaczone do pomiaru glikemii u osób dorosłych, dzieci i noworodków, przycisk wyrzutu zużytego testu paskowego umożliwiający bezkontaktowe usunięcie paska, stabilność testów paskowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki, temperatura działania testów paskowych w zakresie 5°C-45°C.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk