



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 2

Siemiatycze 26.08.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/12/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 158 dopuści do udziału w postępowaniu paski, których zakres temperatury przechowywania wynosi 4-30°C?
Odp.: TAK
2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 158 wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym oksydaza glukozy?
Odp.: NIE
3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 158 wymaga, aby paski miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – prawidłowy, niski i wysoki?
Odp.: NIE
4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 158 dopuści do udziału w postępowaniu paski, których stabilność po otwarciu opakowania wynosi 3 miesiące?
Odp.: TAK
5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 158 wymaga pasków, które do badania wykorzystują próbkę krwi poniżej 0,6 µl?
Odp.: NIE
6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 158 wymaga paski z zakresem hematokrytu 20-60 %?
Odp.: NIE

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk