



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 20

Siemiatycze 26.08.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH DO SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/12/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie 1 (dotyczy pakietu 158)

Czy Zamawiający dopuści paski do glukometru oraz kompatybilne z nimi glukometry wykorzystywane przez kilkadziesiąt szpitali w Polsce oraz objęte refundacją MZ, które posiadają następujące parametry:

1. aplikacja próbki pomiarowej na zasadzie kapilarnej z obszarem chłonnym paska testowego umieszczonym od czoła paska
2. brak konieczności kodowania (kalibrowania) glukometru
3. bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska po pomiarze
4. automatyczne włączenie się glukometru po wsunięciu paska testowego
5. zasilanie z ogólnodostępnych wymiennalnych i tanich baterii litowych 3V typu CR2032
6. zakres pomiarowy 20–600 mg/dl
7. jednostki pomiarowe do wyboru mg/dL lub mmol/L
8. wielkość próbki krwi 1,0 mikrolitr
9. czas pomiaru 5 sekund
10. ilość pomiarów na jednej baterii – minimum 1000
11. pamięć wewnętrzna pomiarów – 512 wyników
12. metoda pomiaru biosensoryczna
13. zastosowany enzym – oksydaza glukozy (GOD)
14. możliwość alternatywnego miejsca nakłucia (dłoń)
15. temperatura przechowywania pasków 2–30°C
16. temperatura wykonania pomiaru 10–40°C
17. zakres hematokrytu 30–55%
18. kalibracja do osocza krwi
19. pomiar z krwi kapilarnej
20. brak kontaktu krwi z glukometrem
21. opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania
22. trwałość roztworów kontrolnych po otwarciu opakowania – 3 miesiące

Odp.: TAK

Pytanie 2 (dotyczy pakietu 158)

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski do glukometrów były objęte refundacją w Polsce na podstawie stosownej decyzji wydanej przez Ministra Zdrowia?

Odp.:NIE

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk