



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 2

Siemiatycze 27.06.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/08/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pakiet 9 poz. 3

Czy ze względu na bezpieczeństwo najmniejszych pacjentów Zamawiający dopuści klasyczną kaniulę Neoflon renomowanej firmy, bez dodatkowego portu górnego, wykonaną z PTFE?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby kaniula posiadała fabrycznie nałożony, zdejmowalny uchwyt, umożliwiający prawidłowe wkłucie tak małej kaniuli oraz posiadała maksymalny przepływ 13ml/min, zapobiegający nadmiernemu obciążeniu delikatnych żył podczas przepłukiwania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Zawór bezigłowy, objętość wypełnienia 0,1 ml, Długość 2,5 cm, czas stosowania: 7 dni lub 200 aktywacji (w zależności co nastąpi pierwsze), ze standardową zastawką i bez wyrzutu pozytywnego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 9 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia membrany i obudowy była płaska, równa, łatwa do skutecznej dezynfekcji, a maksymalne dopuszczalne ciśnienie było nie mniejsze niż 325 psi, co umożliwi wykorzystanie we wstrzykiwaczach wysokociśnieniowych?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

*p.o. DYREKTORA SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/*