



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 3

Siemiatycze 27.06.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH NA OKRES 12 MIESIĘCY”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/08/16

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

**Pakiet 9 poz. 1-2**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać jeszcze większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet 9 poz. 1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE, z dwoma paskami widocznymi w RTG, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, rozmiary:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343
Szary	16 G	1,7 x 45	196
Biały	17 G	1,5 x 45	128
Zielony	18 G	1,3 x 45 1,3 x 33	90 103
Różowy	20 G	1,1 x 33 1,1 x 25	61 65
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36
Żółty	24 G	0,7 x 19	22
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	10

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet 9 poz. 2**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul z plastikowym zatrzaskiem, z zastawką antyzwrotną, z koreczkiem umieszczonym centralnie, ale nie idealnie w osi skrzydełek, logo producenta na kaniuli, rozmiary 22-14G:

KOD PRODUKTU	OPIS	MODEL	ROZMIAR	Ø x DŁUGOŚĆ mm	BARWNY KOD	PRZEPŁYW ml/min	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA szt.
VP14 45 11	Bezpieczna kaniula IV CLiP Ported	PUR	14	2,0 x 45	Pomarańczowy	290	50
VP16 45 11	Bezpieczna kaniula IV CLiP Ported	PUR	16	1,7 x 45	Szary	200	50
VP17 45 11	Bezpieczna kaniula IV CLiP Ported	PUR	17	1,5 x 45	Biały	140	50
VP18 45 11	Bezpieczna kaniula IV CLiP Ported	PUR	18	1,2 x 45	Zielony	100	50
VP18 32 11	Bezpieczna kaniula IV CLiP Ported	PUR	18	1,2 x 32	Zielony	110	50
VP20 32 11	Bezpieczna kaniula IV CLiP Ported	PUR	20	1,0 x 32	Różowy	64	50
VP22 25 11	Bezpieczna kaniula IV CLiP Ported	PUR	22	0,8 x 25	Niebieski	38	50

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza**

*p.o. DYREKTORA SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk*