



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 2

Siemiatycze, dnia 16.12.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWA ULTRASONOGRAFU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/23/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Dot. pkt. 1 - Czy zamawiający dopuści aparat cyfrowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, wbudowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury o małych wymiarach o wadze 84 kg?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 10 - Czy zamawiający dopuści maksymalną długość filmu z pamięci CINE 2200 klatek?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 12 - Czy zamawiający dopuści frame rate dla trybu B: min 1400 obraz/sek

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 13 - Czy zamawiający dopuści głębokość penetracji aparatu do 30 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 14 - Czy zamawiający dopuści aparat z trybem M-Mode, Trybem anatomicznym M-mode ale bez trybu anatomicznego M-mode krzywoliniowego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 17 - Czy zamawiający dopuści podział ekranu na 2 obrazy w trybie badania i 4 obrazy w trybie przeglądania z archiwum aparatu, pozostałe obrazy w postaci ikon z boku monitora.?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 20 - Czy zamawiający dopuści Doppler Kolorowy z prędkością min 308cm/s?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 21 - Czy zamawiający dopuści maksymalną częstotliwość odświeżania dla Color Dopplera min 220 Hz

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 22 - Czy zamawiający dopuści bez możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach pamięci?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 31 - Czy zamawiający dopuści korekcje kąta w zakresie minimum +/- 88 stopni na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum dysku?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 32 - Czy zamawiający zrezygnuje z możliwości regulacji położenia linii bazowej i korekcji kata na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanego na dysku?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 33 - Czy zamawiający dopuści z Triplex-mode(B+CD/PD+PWD) na wszystkich zaoferowanych głowicach, ale bez Triplex-mode(B+CD/PD+CWD) na głowicy kardiologicznej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 39 - Czy zamawiający dopuści głębokość obrazowania do 30 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 42 - Czy zamawiający dopuści zakres częstotliwości pracy 4,0 – 12,0 Hz?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 53 - Czy zamawiający dopuści min 2 gniazda USB z boku aparatu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 55 - Czy zamawiający dopuści w trybie B/M z regulacją wzmocnienia 2D gain, mapą szarości, koloryzacją, skalą osi dla M_Mode, trybu PW-Mode z wzmocnieniem, formatem wyświetlania, automatycznej kalkulacji, modyfikacją obliczeń, trybie Color Flow Mode z progiem przejścia do analizy koloru ale bez w B/M-Mode: regulacji wzmocnienia strefowego suwaków TGC, automatycznej optymalizacji, powiększenia obrazu x8, w PW-Mode: przesunięcia linii bazowej, korekcji kata, Inwersji spektrum, w trybie Color Flow Mode: przesunięcia linii bazowej, zmiany mapy koloru, obrócenie invert?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 57 - Czy zamawiający dopuści głowicę microconvex do badań neonatologicznych z zakresem częstotliwości 5,0-8,0 Mhz?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 61 - Czy zamawiający zrezygnuje z możliwości bardzo czułego obrazowania niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

*Z-ca DYREKTOR SP ZOZ
Lech Hackiewicz
/podpis w oryginale/*