



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: [sekretariat@spzosiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzosiemiatycze.pl) •

Siemiatycze 27.07.2016r

ZAMAWIAJĄCY  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Siemiatyczach

UCZESTNICZY  
POSTĘPOWANIA SP ZOZ /11/16

Dotyczy: postępowania prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na „**DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH**”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, informuje, iż dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytania z zestaw pytań nr 3 z dnia 22.07.2016r.

1. Wobec powyższego odpowiedzi na pytania zestaw pytań nr 3 z dnia 22.07.2016r. i

Dotyczy pakiet nr 1

proszę o modyfikację wymogu AQL 1.0 na AQL 1,5 zgodnie z obowiązującą normą EN 455

AQL 1,5 spaleni wymagania normy AQL 1,0 nie ma uzasadnienia.

Modyfikacja umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odp: Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga rękawic AQL 1,5.**

Odpowiedź – po modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

Dotyczy pakiet nr 1

proszę o modyfikację wymogu AQL 1.0 na AQL 1,5 zgodnie z obowiązującą normą EN 455

AQL 1,5 spaleni wymagania normy AQL 1,0 nie ma uzasadnienia.

Modyfikacja umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odp: Zamawiający doprecyzowuje, iż w SIWZ dopuszcza rękawice AQL 1,0 oraz AQL 1,5**

*Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie dokumentacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian*

p.o. DYREKTORA SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w oryginale/