



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 4

Siemiatycze 25.07.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/11/16

Do Zamawiającego wpłynęło:

Dotyczy numer katalogowy: Czy w związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów katalogowych Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Numery wewnętrzne będą umieszczone na fakturach. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt oraz wszelkie informacje nadrukowane na wszystkich opakowaniach naszych produktów są zgodne z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych.

Odp: Zamawiający dopuszcza o ile wykonawca wykaże iż oferowany towar spełnia normy wskazane w SIWZ oraz dołączy wymagane dokumenty.

Projekt umowy §1, ust. 1: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i miał na myśli: „dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku”?

Odp: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską.

Projekt umowy §3, ust. 1: Czy Zamawiający poprzez rozładunek miał na myśli dostarczenie towaru do Magazynu bez rozładunku do poszczególnych pomieszczeń lub na półki?

Odp: Zamawiający poprzez rozładunek miał na myśli dostarczenie towaru wraz z rozładunkiem do pomieszczeń Magazynu

Projekt umowy §3, ust. 7, pkt. 4): Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy w związku z niniejszym punktem będzie wymagał dostaw towaru samochodami wyposażonymi w tzw. izoterme?

Odp: Zamawiający wykreśla powyższy punkt ze wzoru umowy.

Pakiet nr 2, poz. 1,3,5,7,9,11,13,15,17: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i nie powinna być następująca numeracja: 1,2,3,4,5,6,7,8,9?

Odp: Zamawiający poprawia omyłkę.

Pakiet nr 2, poz. 1-9: Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki pakowane były podwójnie wewnętrznie w opakowanie folia-folia i zewnętrznie w opakowanie folia – papier, co umożliwia zachowanie zasad aseptyki?

Odp: Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby na jednym z ujść cewnika nadrukowany był rozmiar oraz pojemność balonu, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał oznaczenie kolorystyczne rozmiaru cewnika zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet nr 2, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał prowadnicę, która ułatwia proces zakładania cewnika?

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Zamawiający informuje iż poprawiony wzór umowy (zał nr 3) wraz z poprawionym zał nr 2 dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

Z-ca DYREKTORA SP ZOZ
Lech Hackiewicz
/podpis w oryginale/