



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 7

Siemiatycze 26.07.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/11/16

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1, 2, 3 Pakietu nr 1 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z lateksu, bezpudrowych o nieznacznej różnicy w grubości pojedynczej ścianki rękawic w części dłoniowej tzn. max. 0,13mm. Pragniemy dodać, że ta nieznaczna różnica nie zmniejsza walorów dotykowych rękawicy, a wpływa na jej odporność na uszkodzenia mechaniczne.

**Odp: Zamawiający w SIWZ dopuścił tolerancję +/- 0,01mm zarówno na palcu i na dłoni**

2. Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy wymóg dotyczący siły zrywania 6N jest podany jak wskazuje norma EN 455-2, tj. min. 6N? Pragniemy dodać, że wyższa siła zrywania wskazuje na większą odporność rękawicy na uszkodzenia mechaniczne.

**Odp: Patrz zestaw odpowiedzi nr 6 pytanie 2**

3. Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy wymóg dotyczący długości rękawicy jest podany jak wskazuje norma EN 455-2, tj. min. 240mm?

**Odp: Jest to wartość min jaką zamawiający wymaga dla długości rękawic. Zamawiający dopuszcza tolerancje w granicy +/- 5 mm**

4. Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy jednostką miary jest opakowanie zawierające 100 szt. rękawic?

**Odp: Tak**

**Zamawiający informuje iż poprawiony wzór umowy (zał nr 3) wraz z poprawionym zał nr 2 dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.**

Z-ca DYREKTORA SP ZOZ  
Lech Hackiewicz  
/podpis w oryginale/