

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy rozpoznania cenowego na: „**DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI SPRZETU MEDYCZNEGO DO SP ZOZ W SIEMIATYCZACH**”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/17/16

Do zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 7-10; czy zamawiający dopuści różnice w rozmiarach zakładek na większe niż + 10 mm?

**Odp: TAK**

2. Dotyczy pakietu nr 1 czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające 5-cio warstwową folię (wliczając warstwę kleju). Oferowane rękawy charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi oraz jakościowymi.

**Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**

3. Dotyczy pakietu nr 1: Czy zamawiający zechce zmodyfikować zapis dotyczący oznakowania CE na wyrobie w celu na wyrobie w celu doprowadzenia do zgodności z Ustawą o wyrobach medycznych tzn. oznakowanie CE ma być na opakowaniu zbiorczym, natomiast ma go nie być na rękawach. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego umieszczenia znaku CE na etykiecie wewnątrz rolki.

**Odp: TAK**

4. Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 4: Czy zamawiający dopuści testy biologiczne zawierające populację  $1 \times 10^5$  spor. B *Stearothermophilus*, która w pełni wystarcza do kontroli procesu sterylizacji

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

5. Dotyczy pakietu nr 4 poz 7: Uprzejmie prosimy o informacje jakie metkownice posiada Zamawiający.

**Odp: Obecnie posiadamy metkownice wydierżawione na czas trwania umowy – Printex Medical**

DYREKTOR SP ZOZ

Andrzej Szewczuk