

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy rozpoznania cenowego na: „**DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI  
SPRZETU MEDYCZNEGO DO SP ZOZ W SIEMIATYCZACH**”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/17/16

Do zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 pakietu dopuści rękaw o rozmiarze 55mm x 200mb?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 8 i 9 pakietu dopuści fałdę w rękawie o szerokości 65 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**

DYREKTOR SP ZOZ  
ANDRZEJ SZEWCZUK