

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy rozpoznania cenowego na: „**DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI SPRZETU MEDYCZNEGO DO SP ZOZ W SIEMIATYCZACH**”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/17/16

1. Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe, na których widnieje znak handlowy produktu zamiast nazwy wytwórcy, co jest zgodne z normą PN-EN 868-5, pkt. 4.6.1.1? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: TAK

2. Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odp.: TAK

3. Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2-5, co jest wymagane przez obowiązujące normy

Odp.: TAK

4. Pytanie 4 – dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki papierowo – foliowe składające się z laminatu foliowego 6-warstwowego o grubości 52 µm, co jest zgodne z obowiązującą normą PN EN 868-5?

Odp.: TAK

5. Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 2

Czy w poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki papierowo – foliowe w rozmiarze 210 mm x 400 mm?

Odp.: TAK

6. Pytanie 6 – dotyczy pakietu nr 2

Czy w poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki papierowo – foliowe w rozmiarze 250 mm x 380 mm lub 250 mm x 420 mm?

Odp.: TAK

7. Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 2

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odp.: TAK

8. Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 2

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odp.: Dopuszcza ale nie wymaga.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby test jednorazowy Bowie –Dick były testem typu 2 zgodnie z normą ISO 11140?

Odp.: TAK

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk