

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy rozpoznania cenowego na: „DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI
SPRZETU MEDYCZNEGO DO SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/17/16

Do zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Pytanie 1 dot. pakietu 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści rozmiar rękawu 380mm x 80mm x 100m?

Odp.: TAK

2. Pytanie 2 dot. pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar torby 210mm x 400mm?

Odp.: TAK

3. Pytanie 3 dot. pakietu 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar torby 250mm x 380mm lub 250mm x 500mm?

Odp.: TAK

4. Pytanie 4 dot. pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji o zawartości siarczanów nie więcej niż 0,034% ?

Odp.: TAK

5. Pytanie 5 dot. pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści włókninę o zawartości chlorków nie więcej niż 0,03% oraz siarczanów nie więcej niż 0,12%?

Odp.: TAK

Pytania dotyczące treści umowy:

6. Pytanie 1: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: TAK

7. Pytanie 2: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.: TAK

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk