

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy rozpoznania cenowego na: „**DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI  
SPRZETU MEDYCZNEGO DO SP ZOZ W SIEMIATYCZACH**”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/17/16

Do zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny rękaw o szerokości fałdy 70mm zamiast 60mm?

**Odp.: TAK**

2. Czy Zamawiający wymagając rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji wytrzymałych na przedarcia i przepuklenia wymaga, aby rękawy spełniały co najmniej poniższe parametry:  
wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach min. 700 mN, wytrzymałość na przepuklenie na sucho min. 400 kPa, na mokro min. 150 kPa?

**Odp.: TAK**

3. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

**Odp.: TAK**

DYREKTOR SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk