



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: [sekretariat@spzosiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzosiemiatycze.pl) •

Siemiatycze, ul. Szpitalna 8  
tel./fax 85 655 28 25

REG 050653482, NIP 544-12-95-180

Zestaw pytań nr 10

Siemiatycze, dnia 05.09.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/05/17

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

**Pakiet 60**

**poz. 1,**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%) z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5 g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

**Odp.: Tak**

**Poz. 2**

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%) z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5 g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

**Odp.: Tak**

**Poz. 1,2**

3. Czy Zamawiający oczekuje aby w przypadku stosowania oferowanego żelu do wprowadzania cystoskopu, żel zachowywał pełną przejrzystość i nie utrudniał widoczności?

**Odp.: Tak**

4. Czy Zamawiający dopuszcza, aby żel do cewnikowania zawierał substancje konserwujące, tzw. parabeny?

**Odp.: Nie**

**Pakiet 154**

**poz. 1**

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki napełnianej fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 5 ml z gazikiem do dezynfekcji dostępu bezigłowego nasączonym 70% alkoholem IPA (izopropanol).

**Odp.: Tak**

**poz.2**

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki napełnianej fabrycznie do przepłukiwania zawierająca chlorek sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 10 ml z gazikiem do dezynfekcji dostępu bezigłowego nasączonym 70% alkoholem IPA (izopropanol).

**Odp.: Tak.**

**poz.1,2**

7. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby strzykawki miały datę ważności 3 lata od daty produkcji.

**Odp. Zamawiający wymaga żeby oferowany produkt miał datę ważności co najmniej dwa lata od daty dostawy.**

8. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby strzykawki napełniane fabrycznie, do przepłukiwania wyposażone były w rozwiązanie uniemożliwiające wyjście sterylnego roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki (ogranicznik tłoka strzykawki).

**Odp.: Tak**

DYREKTOR SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach  
Andrzej Szewczuk