



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 1

Siemiatycze 10.04.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „**DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH**”

Numer sprawy: SP ZOZ BP/03/17

**Do Zamawiającego wpłynęło.:**

**Pakiet 3** – Implanty do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy i chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3:

**poz. 1** siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy, z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami o dł. od 18 do 20 cm każde i szerokości 1 cm, górne ramiona zawsze dłuższe w celu łatwiejszego odróżnienia, ramiona siatek w plastikowych osłonkach; o wysokości implantu 7,5 cm lub do wyboru: 5 cm, 6 cm lub 9 cm w zależności od potrzeb, rozmiar trapezu: podstawy od 5 do 6 cm (górna) i od 7 do 9 cm (dolna); specyfikacja techniczna: grubość siatek 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 1 x 1,25 mm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm, siatki wykonane metodą osnowową.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**poz. 2** siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy, z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami o dł. od 18 do 20 cm każde i szerokości 1 cm, górne ramiona zawsze dłuższe w celu łatwiejszego odróżnienia, ramiona siatek w plastikowych osłonkach; o wysokości implantu 6 cm lub do wyboru: 5 cm, 7,5 cm lub 9 cm w zależności od potrzeb, rozmiar trapezu: podstawy od 5 do 6 cm (górna) i od 7 do 9 cm (dolna); specyfikacja techniczna: grubość siatek 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 1 x 1,25 mm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm, siatki wykonane metodą osnowową.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**poz. 3** taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłaniającą, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 11 mm, specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość min. 90 N/cm, taśma wykonana metodą osnowową.

**poz. 4** siatkę lekką do operacji przepuklin, rozmiar 30 x 30 cm, z polipropylenu monofilamentowego, o gramaturze 38-40 g/m<sup>2</sup>, grubość siatki 0,30 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość 80%, siatka wykonana metodą osnowową ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

Z-ca DYREKTORA SP ZOZ  
Lech Hackiewicz  
/podpis w oryginale/