



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzosiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzosiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 1

Siemiatycze, dnia 09.05.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWA AKCESORIÓW DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”**

Numer sprawy: SP ZOZ BP/02/17

## **Do Zamawiającego wpłynęło:**

Pytania do SIWZ

Pakiet nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z portem do splukiwania w głowicy, wyposażonych w igłę do splukiwania miejsca obliteracji, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odp.: NIE**

Pakiet nr 4

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego lub monofilamentowego, długość robocza 240 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odp.: TAK**

Pakiet nr 8

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o dł. roboczej 160 i 230 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odp.: TAK**

Pakiet nr 9

4. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1 Pakietu nr 9, parametry narzędzi zgodne z opisem.

**Odp.: NIE**

5. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 9 dopuści zaoferowanie sondy o długości 2300 mm, średnicy narzędzia 7,5F, posiadającej walcowatą elektrodę i złącze z bolcem, pozostałe parametry zgodne z opisem

**Odp.: NIE**

*DYREKTOR SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w oryginale/*