



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 2

Siemiatycze, dnia 09.05.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „DOSTAWA AKCESORIÓW DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”

Numer sprawy: SP ZOZ BP/02/17

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy - § 3 ust. 10 pkt 2)

Zwracamy się z prośbą o zmianę istniejącego zapisu zgodnie z poniższym:

- 2) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych, a w przypadku uwzględnienia reklamacji w ciągu kolejnych 72 godzin w dni robocze dostarczenia towaru nieobarczonego wadą.”

Odp.: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy - § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 4 ust. 6) za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy - § 7 ust. 1 pkt 3)

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Kupującego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Kupujący nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp.: Wobec Zamawiającego na stan obecny nie została wszczęta likwidacja ani przekształcenie w spółkę prawa handlowego.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Pytanie 5

Dotyczy Pakiet nr 3– poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować szczotki do czyszczenia kanałów biopsyjnych dwustronne o średnicy 5mm na obu końcach, zakończone plastikową kulką chroniącą kanał endoskopu przed zarysowaniem?

Odp.: TAK

Pytanie 6

Dotyczy Pakiet nr 6 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia klipsa 12mm lub 15mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia przed całkowitym uwolnieniem, z możliwością rotacji, Długość narzędzia 230cm (możliwość zastosowania do gastrokopu i kolonoskopu), do kanału endoskopu 2,8mm?

Odp.: TAK

Pytanie 7

Dotyczy Pakiet nr 8 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować jednorazowe igły do ostrzykiwań, sterylne, z mechanizmem blokującym, średnica igły 22G – 25G, długość ostrza igły max 6mm, dł. robocza: 160 cm, 230 cm?

Odp.: TAK

*DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/*