



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 21

(uzupełnienie brakujących odpowiedzi z dnia 05.04.2017r.)

Siemiatycze 06.04.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

**Dotyczy Pakietu nr 42 poz. 1-3**

Czy Zamawiający wymaga łyżki do laryngoskopu światłowodowej?

**Odp: Zamawiający dopuszcza nie wymaga**

**Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o wyłącznej filtracji mechanicznej (bez warstwy elektrostatycznej), z hydrofobowym, wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z pianki, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o retoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkownika, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają konkurencję poprzez umożliwienie złożenia oferty tylko jednemu oferentowi – firmie Medtronic oferującej produkty firmy Covidien.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

Z-ca DYREKTORA SP ZOZ  
Lech Hackiewicz  
/podpis w oryginale/