



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 35

(modyfikacja zestawu pytań nr 35 z dnia 05.04.2017r.)

Siemiatycze, dnia 12.04.2017r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „*Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze*”
Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pakiet 8

poz. 1

Prosimy o dopuszczenie systemu bezigłowego pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: naciśnięcie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, ciśnienie negatywne, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego składający się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,6 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: naciśnięcie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami z klemami - system zapobiegający cofaniu krwi

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego składający się z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,3 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: naciśnięcie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami z klemami - system zapobiegający cofaniu krwi

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 48

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie filtra z połączeniem dokręcany, pozostałe parametry SIWZ bez zmian (filtracja 175/40/10 mikronów)

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwóch efektywnych drenów o zmiennej perforacji z trokarami CH 14.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do gromadzenia krwi z filtrem max 200 mikronów

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 51

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu 51. Poz. 2,9,10 w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców.

Odp.: Zamawiający wydzielił pozycje 9, 10, zgodnie z zestawem pytań nr 32. Brak zgody na wydzielenie pozycji nr 2.

Z-ca DYREKTORA SP ZOZ
Lech Hackiewicz
/Podpis w oryginale/