



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 19

Siemiatycze 03.04.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

**Do Zamawiającego wpłynęło:
Pakiet nr 42**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 42 pozycja 4 rękojeści do laryngoskopu LED wykonanej z wysokiej jakości mosiądzu, radełkowanej, która zapewnia pewny chwyt i spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp: TAK

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 42 pozycja 5 rękojeści do laryngoskopu krótkiej LED wykonanej z wysokiej jakości mosiądzu, radełkowanej, która zapewnia pewny chwyt i spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp: TAK

*DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/*