



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 28

Siemiatycze 03.04.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

**Dotyczy części nr 52:**

1. Czy Zamawiający w związku ze zmianą u producenta dopuści zestaw o pojemności 2200 ml posiadający bezigłowy port do pobierania próbek, z możliwością podłączenia i współpracy z przenośną próżnią z drenem łączącym zabezpieczonym przed zgięciem spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

**Odp: TAK**

**Dotyczy części nr 60:**

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 w związku ze zmianą u producenta dopuści zestaw o pojemności 2100 z drenem zabezpieczonym przed zgięciem w sposób umożliwiającą użycie zestawu przy rezonansie magnetycznym?
2. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści rurki o rozmiarach 5,0 do 9,0 co 0,5 spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

**Odp: TAK**

*DYREKTOR SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w oryginale/*