



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 34

Siemiatycze 03.04.2017r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układu oddechowego współosiowego o długości 1,6m typu rura w rurze w skład którego wchodzi :

- rura wewnętrzna 18 mm
- rura zewnętrzna 30mm,
- dodatkowa gałąź do worka o regulowanej długości od 0,5 m
- bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2l
- linia kapno
- łącznik kolanowy , obrotowy 22M/15F
- łącznik prosty 22M/22M
- łącznik tlenowy 22M
- tester szczelności
- ożebrowany na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej kapturek zabezpieczający w rozmiarze 22F z trzema skrzydełkami, oraz zawieszka umożliwiającą fiksację w systemie bezpiecznego odwieszania rur będącym na wyposażeniu Zamawiającego?

Odp:NIE

Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 26 poz.2

Czy Zamawiający dopuści układu oddechowy współosiowego do respiratora o długości 1,6m typu rura w rurze w skład którego wchodzi :

- rura wewnętrzna 18 mm
 - rura zewnętrzna 30mm,
 - dodatkowa gałąź do worka o regulowanej długości od 0,5 m
 - łącznik kolanowy , obrotowy 22M/15F
 - łącznik prosty 22M/22M
 - łącznik tlenowy 22M
 - tester szczelności
 - ożebrowany na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej kapturek zabezpieczający w rozmiarze 22F z trzema skrzydełkami, oraz zawieszka umożliwiającą fiksację w systemie bezpiecznego odwieszania rur będącym na wyposażeniu Zamawiającego?
- Biologicznie czysty, czas stosowania u jednego pacjenta do 7 dni.

Odp: NIE

Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 26 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego intermolekularnego o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, sterylny, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii luer z kapturem zabezpieczającym na lince , dokręcanym (lock); skuteczność filtracji- 99.999%, zwrot wilgoci przy VT 500ml – 32 mg H₂O/L, opór przepływu 60L/min – 3 cm H₂O, objętość - 57ml, waga – 31g, minimalna objętość oddechowa - 150ml? Filtr pakowany folia – papier, pojedynczo

z podaną datą ważności nr katalogowym i numerem seryjnym dostarczonej partii



ODP: NIE

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 – WZÓR UMOWY

Pytanie 1 – dotyczy § 7 ust. 1 ppkt. 1) i 2).

Prosimy o ustalenie wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie / towarów wadliwych lub brakujących, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odp: Zgodnie ze wzorem umowy

*DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/*