



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 12

Siemiatycze 04.04.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie dotyczące Pakiet nr 30:

1. **Pozycja nr 1 i 2:** Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?
Odp: Dopuszcza nie wymaga
2. **Pozycja nr 1 i 2:** Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wg norm potwierdzających jakość np.: AFERA 4001, AFERA 5001?
Odp: Dopuszcza nie wymaga
3. **Pozycja nr 1 i 2:** Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami badań?
Odp: Dopuszcza nie wymaga
4. **Pozycja nr 1:** Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z żelalem stałym o średnicy 43mm z wypustką ułatwiającą odklejenie elektrody? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania oraz są równoważne elektrodom typu R-LFO-510.
Odp: Dopuszcza
5. **Pozycja nr 2:** Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z żelalem ciekłym o średnicy 50mm spełniające wymagania SIWZ, równoważne do elektrod typu EK-S 50P?
Odp: Dopuszcza

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/