



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 18

Siemiatycze 04.04.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

**Pakiet 44, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny wykonany z polietylenu, klasy medycznej, pojemność 1,5l, skala pomiarowa od 100-1500 ml, wyposażony w zamian zastawki w funkcję "Twist & lock" na obręczy umożliwią bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, co uniemożliwia wydostanie się zapachu i treści?

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 47, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 20 ml?

**Odp: Dopuszcza**

**Pakiet 47, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 35 ml?

**Odp: Dopuszcza**

**Pakiet 47, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 50 ml?

**Odp: Dopuszcza**

**Pakiet 47, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 120 ml?

**Odp: Dopuszcza**

**Pakiet 47, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 120 ml?

**Odp: Dopuszcza**

**Pakiet 47, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych o pojemności 250 ml?

**Odp: Dopuszcza**

*DYREKTOR SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w oryginale/*