



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 22

Siemiatycze 05.04.2017r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

Do Zamawiającego wpłynęło:

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści wkłady jednorazowe o pojemności 2L lub 3L, które są kompatybilne z ssakami i osprzętem firmy Medela, oferowane wkłady posiadają filtr przeciwbakteryjny pełniący jednocześnie funkcję zastawki przeciwprzepelnieniowej zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają uniwersalny króciec schodkowy na pokrywie o średnicy 7/2 – 12mm do podłączenia z drenem. Wkłady posiadają łącznik kątowy, wygodną pętlę do demontażu oraz szeroki otwór do wsypywania proszku żelującego.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści wkłady jednorazowe o pojemności 2L lub 3L z proszkiem żelującym, które są kompatybilne z ssakami i osprzętem firmy Medela, oferowane wkłady posiadają filtr przeciwbakteryjny pełniący jednocześnie funkcję zastawki przeciwprzepelnieniowej zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają uniwersalny króciec schodkowy na pokrywie o średnicy 7/2 – 12mm do podłączenia z drenem. Wkłady posiadają łącznik kątowy, wygodną pętlę do demontażu.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakietu nr 12 poz. 3, 4

Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 12 poz. 3 i 4 do osobnego pakietu np. 12A. Podział pakietu nie narusza zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie.

Odp: Brak zgody

Dotyczy pakietu nr 52 poz. 1

Wnosimy o dopuszczenie Zestawu do drenażu klatki piersiowej o parametrach:

- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem na wydzielinę o pojemności 1000 ml (łącznie pojemność 2000 ml)
- sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętki w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku

Odp: Brak Zgody

Dotyczy pakietu nr 52 poz. 2

Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 52 poz. 2 do osobnego pakietu np. 52A. Podział pakietu nie narusza zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie.

Odp: Brak zgody

Dotyczy § 3 ust. 10 pkt. 1) wzoru umowy

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 48 godz. na uzupełnienie braków ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości

wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni.

Odp: Zgodnie ze wzorem umowy

Dotyczy § 3 ust. 11 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 3 ust. 11 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [..... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi."

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odp: Zgodnie ze wzorem umowy

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1), 3), 4) wzoru umowy

Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 0,1% wartości brutto umowy (pkt.1) oraz 10% wartości brutto umowy (pkt. 3)-4) sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).

Odp: Zgodnie ze wzorem umowy

|\n
DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/