



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 23

Siemiatycze 05.04.2016 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

## **Do Zamawiającego wpłynęło:**

### **Pakiet 1, poz. 1.4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowanie po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odp: Zamawiający wyraża zgodę**

### **Pakiet 1, poz. 4**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odp: Brak zgody**

### **Pakiet 1, poz. 4**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści strzykawkę trzyczęściową do insuliny z wbudowaną igłą 0,33 x 12 mm (29G x 1/2"), bez mechanizmu umożliwiającego schowanie igły w cylindrze (igła posiada nasadkę, która służy do zabezpieczenia), czytelna, czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 1 ml, sterylna, a' 100 sztuk.

**Odp: Zamawiający nie dopuszcza**

### **Pakiet 1, poz. 4**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści strzykawkę trzyczęściową do insuliny z dołączoną igłą 0,33 x 13 mm (29G x 1/2"), bez mechanizmu umożliwiającego schowanie igły w cylindrze (igła posiada nasadkę, która służy do zabezpieczenia), czytelna, czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, pojemność 1 ml, sterylna, a' 100 sztuk.

**Odp: zamawiający nie dopuszcza**

### **Pakiet 4, poz. 1**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odp: Brak zgody**

### **Pakiet 4, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści igłę do penów w rozmiarze 0,25 x 6 mm zamiast rozmiaru 0,25 x 8 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp: zamawiający dopuszcza

### **Pakiet 4, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę bez filtra? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

### **Pakiet :4, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę bez filtra?

• Typ szlif igły ołówkowy z bocznym otworem, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu eliminując możliwość dostania się skrawków materiału (guma, tworzywo)

- Boczny otwór na szczycie ogranicza pieniecie się leku, swobodne rozpuszczanie leków poprzez skierowanie płynu na ścianki boczne ampułki – fiołki.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 5, poz. 1.1**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 x 40 mm? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Igły te są znacznie droższe od igieł krótki. Umieszczenie tych igieł w pozycji i w pakiecie z igłami krótkimi do 0,9 zawyży wartość pakietu.

**Odp: Brak zgody**

**Pakiet 5, poz. 1.1**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi igły. Igły są w opakowaniu folia-papier, przez część przezroczystą (foliową) bardzo wyraźnie widać kolor nasadki, który jest zgodny z kodem kolorystycznym, nie sposób pomylić zatem rozmiarów igieł. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu 100 szt.

**Odp: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 5, poz. 1.1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45 x 16 mm o standardowej grubości ścianek.

Min. średnica wewnętrzna = 0,232 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu igłę w rozmiarze 1,2 x 25 mm? Igła w tym rozmiarze jest produktem niestandardowym, o ograniczonej dostępności na rynku. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odp: Brak zgody**

**Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,2 x 40 mm i 1,2 x 30 mm?

- Typ szlif igły ołówkowy z bocznym otworem, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu eliminując możliwość dostania się skrawków materiału (guma, tworzywo)
- Boczny otwór na szczycie ogranicza pieniecie się leku, swobodne rozpuszczanie leków poprzez skierowanie płynu na ścianki boczne ampułki – fiołki.

Kolor nasadki różowy.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu PTFE. Zarówno FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze i o przepływach:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343
Szary	16 G	1,7 x 45	196
Biały	17 G	1,5 x 45	128
Zielony	18 G	1,3 x 45	90
Różowy	20 G	1,1 x 33	61
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36
Żółty	24 G	0,7 x 19	22

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze i o przepływach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	290
Szary	16 G	1,70 x 45	180
Biały	17 G	1,50 x 45	130
Zielony	18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	90
Różowy	20 G	1,00 x 32	57
Niebieski	22 G	0,80 x 25	33
Żółty	24 G	0,70 x 19	13

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające 4 paski kontrastujące w RTG? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kaniule z minimum dwoma paskami kontrastującymi w RTG (jak w poz. 1 i 3)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 7, poz. 2, 3**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby nazwa producenta była obecna na kaniuli. Taki zapis znacznie ogranicza wolną konkurencję, blokuje wielu producentów i dystrybutorów kaniul. Proszę o dopuszczenie kaniul z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 7, poz. 4**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 7, poz. 4**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu standardowego z filtrem przeciwbakteryjnym, bez zastawki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 9, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wymaga poprzecznego nacięcia na tłoku (jak w strzykawkach typu Perfusor) w celu stabilnego zamocowania strzykawki w pomie?

**Odp: zamawiający dopuszcza nie wymaga**

**Pakiet 11, poz. 2**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby nazwa producenta była obecna bezpośrednio na koreczku. Taki zapis znacznie ogranicza wolną konkurencję, blokuje wielu producentów i dystrybutorów koreczków. Proszę o dopuszczenie kaniul z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 13, poz. 3**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odp: brak zgody**

**Pakiet 13, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów:

- uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem
- Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem
- Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie
- Komora kropłowa o długości 60 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu (55 mm w części przezroczystej)
- Kropłomierz 20 kropli + 1
- 15 µm filtr płynu
- Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu,
- Logo producenta na zaciskaczu
- Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
- Dren długości 150 cm
- Sterylny, apirogeny, nietoksyczny, jednorazowego użytku
- Opakowanie typu blister
- Wolny od ftalanów

**Odp: Brak zgody**

**Pakiet 56**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kraników z kolorowym trójramiennym pokrętle (niebieskim lub czerwonym do wyboru). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 56**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kraników z optycznym indykátorem pozycji, bez wyczuwalnego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie do SIWZ**

W celu terminowej realizacji dostaw wnioskujemy aby do projektu umowy dopisać, że :

„Zamówienia składa się do godziny 12:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym”.

**Odp: Zgodnie ze wzorem umowy**

*DYREKTOR SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w oryginale/*