



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 25

Siemiatycze 05.04.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pytanie 1. PAKIET nr. 3 poz. 2

Prosimy o rozważenie możliwości dopuszczenia igieł do regionalnej anestezji – do blokad obwodowych metodą „single shot „, pod kontrolą USG przy użyciu neuro stymulatora - w rozmiarach do wyboru Zamawiającego :



23G – 0,6 (ostrze 20⁰) długość igły 25mm , 35mm

22G - 0,7 (ostrze 20⁰) długość igły 50 mm

21G – 0,8 (ostrze 20⁰) długość igły 85mm , 100mm

20G – 0,9 (ostrze 20⁰) długość igły 120mm , 150mm

Igły w pełni echogeniczne (na całej swej długości , ostrze igieł - szlif 20 stopni , kabel połączeniowy dł. aż 60cm , dodatkowy - rozłączalny dren do podażu dł. 50cm – umożliwiający podłączenie strzykawkki bezpośrednio do igły lub do końcówki drenu .

Pełna kompatybilność igieł ze stymulatorami firm BBraun i Pajunk.

Odp: Zamawiający dopuszcza

W przypadku zgody Zamawiającego – zwracamy się również o wydzielenie wskazanej pozycji – co umożliwiło by naszej Firmie złożenie ważnej oferty na igły do blokad nerwów obwodowych pod kontrola USG przy użyciu neuro stymulatora .

Odp: Brak zgody.

Pytanie 2 PAKIET nr. 7 poz. nr. 2

Prosimy o dopuszczenie kaniul typu „bezpieczna” – z cewnikiem z PTFE , z zastawką antyzwrotną , z samo domykającym się korkiem zabezpieczającym dodatkowy port iniekcyjny , skrócone Logo Producenta – V - VYGON na korpusie korka.

Parametry kaniul :



22G – 0,9mm/25mm , przepływ 36ml./min.

20G – 1,1mm/32mm , przepływ 60ml./min.

18G – 1,3mm/45mm , przepływ 90ml./min.

17G – 1,5mm/45mm , przepływ 125ml./min.

16G – 1,7mm/45mm , przepływ 180ml./min.

14G – 2,1mm/45mm , przepływ 270ml./min.

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 PAKIET nr. 7 poz. nr. 4

Prosimy o rozważenie dopuszczenia przyrządu do aspiracji płynów/leków z opakowań zbiorczych – nie posiadającego zastawki. Parametry filtra p/bakteryjnego zgodne z SIWZ.



Odp: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4 PAKIET nr. 8

Prosimy o rozważenie możliwości dopuszczenia specjalistycznych „systemów bezigłowych” – zastawek dostępu bezigłowego BIONECTOR w wersjach odpowiednio do pozycji t.j :

Odp: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr.1

Zastawka dostępu bezigłowego Bionector



- obudowa nie przezierna
- całkowity brak cofania się krwi podczas rozłączania n.p strzykawki
- do stosowania do 7 dni lub do 360 użyć w tym czasie
- przepływ spontaniczny – grawitacyjny do 170ml./min.
- brak „ dodatniego wyrzutu 0,03ml
- zawiera elementy mechaniczne – metalowe
- badania laboratoryjne potwierdzające skuteczność działania

Odp: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr. 2

Octopus typ 2 x Bionector



- obudowa nie przezierna
- całkowity brak cofania się krwi podczas rozłączania n.p strzykawki
- do stosowania do 7 dni lub do 360 użyć w tym czasie
- przepływ spontaniczny – grawitacyjny do 170ml./min. dla pojedynczego Bionectora
- zawiera elementy mechaniczne – metalowe (mechanizm wewnętrzny)
- badania laboratoryjne potwierdzające skuteczność działania
- długość całkowita systemu około 14 cm (łącznik , dren , Bionector)
- długość drenów przedłużających – 10cm

Odp: Zamawiający dopuszcza

Poz. nr. 3

Octopus typ 3 x Bionector

- obudowa nie przezierna
- całkowity brak cofania się krwi podczas rozłączania n.p strzykawki
- do stosowania do 7 dni lub do 360 użyć w tym czasie
- przepływ spontaniczny – grawitacyjny do 170ml./min. dla pojedynczego Bionectora
- zawiera elementy mechaniczne – metalowe (mechanizm wewnętrzny)
- badania laboratoryjne potwierdzające skuteczność działania
- długość całkowita systemu około 12 cm (łącznik , dren , Bionector)
- długość drenów przedłużających – 8 cm



Odp: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 PAKIET nr. 8 poz 1 - 3

Czy systemy bezigłowe – zastawki mają pochodzić od jednego Producenta ?

. Odp: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

*DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/*