



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 26

Siemiatycze 05.04.2017r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pakiet 22

Prosimy o podanie, czy chodzi o elektrodę dwudzielną?

Odp: zamawiającemu chodzi o elektrodę jednodzielną

Pakiet 63

Poz. 3, 4, 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 3, 4 i 5 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na ich konkurencyjność.

Odp: Brak zgody

Poz. 3, 4

Czy czujniki z poz. 3 i 4 mają być wpinane bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego.

Odp: Do kabla przedłużającego. Zamawiający jednocześnie informuje iż

Czujniki z pozycji 3 i 4 muszą być kompatybilne z Kardiomonitarami Mindray beneView T8

Pakiet 67

Poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie słupkowego wskaźnika ciśnienia

Odp: Brak zgody

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/