



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 27

Siemiatycze 05.04.2017r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

Do Zamawiającego wpłynęło:

Dotyczy części nr 8:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w części 8 pozycji 1 zastawkę dostępu bezigłowego, w której nie występuje zjawisko cofania ani wyrzutu krwi/leków w kierunku zastawki? Proponowany produkt charakteryzuje się nowoczesnym technologicznie rozwiązaniem jakim jest refluks neutralny co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych.
Odp: Zamawiający dopuszcza
2. Prosimy o wyjaśnienie czy w części 8 nie zaszła omyłka pisarska dotycząca numeracji pozycji?
Odp: Tak, zamawiający poprawia. Poprawiony załącznik nr 2 będzie dostępny na stronie Zamawiającego.
3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w części 8 pozycji 1 zastawkę dostępu bezigłowego odporną na ciśnienie 7 bar=101,53 psi?
Odp: Zamawiający dopuszcza
4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w części 8 pozycji 2 (zgodnie z liczbą porządkową) drenik w kształcie V, o długości całkowitej 13-15 cm?
Odp: Zamawiający dopuszcza
5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w części 8 w pozycji 3 trzy zastawki z drenami, o długości całkowitej 13-15 cm?
Odp: Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/