



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 32

Siemiatycze 05.04.2017r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

## Do Zamawiającego wpłynęło:

### Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty z oświadczeniem o posiadaniu świadectw dopuszczenia do obrotu i używania z klauzulą dostarczenia ich na każde żądanie Zamawiającego.

**Odp: Zgodnie z SIWZ z ROZDZIAŁEM X pkt 1, 2. Zamawiający w przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów i próbek potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w załączniku nr 2. Dokumenty i próbki te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego**

### Pytanie nr 2 dotyczy SIWZ

W przypadku niezgodności zaferowanego asortymentu z wymogami SIWZ czy Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji zaferowanego sprzętu poprzez wezwanie danego Wykonawcy do złożenia próbek w celu wyjaśnienia i potwierdzenia zgodności zaferowanego sprzętu z wymogami SIWZ.

**Odp: Odpowiedź została udzielona powyżej.**

### Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł, które są igłami równoważnymi:

*Igły iniekcyjne j.u. bezpieczne z mechanizmem bezpieczeństwa zintegrowanym z igłą, umożliwiające aktywację jedną ręką, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, kompatybilne z końcówkami Luer Slip i Luer Lock, zabezpieczenie podwójnym mechanizmem blokady, rozmiary:*

*0,5 x 25 mm a'100 szt.*

*0,6 x 30 mm a'100 szt.*

*0,7 x 30 mm a'100 szt.*

*0,8 x 40 mm a'100 szt.*

*0,9 x 40 mm a'100 szt.*

*1,1 x 40 mm a'100 szt.*

*1,2 x 40 mm a'100 szt.*

**Odp: Zamawiający dopuszcza**

W przypadku odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

**Odp: j-w**

### Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 4 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł, które są igłami równoważnymi:

*Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45°, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, sterylizowana EO, rozmiar 18Gx 40mm, sterylna a'100szt.*

**Odp: Zamawiający dopuszcza**

W przypadku odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

**Odp: j-w**

### Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 4 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł, które są igłami równoważnymi:

*Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45°, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18Gx 40mm, sterylna a'100szt.*

**Odp: Zamawiający dopuszcza**

W przypadku odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

**Odp: j-w**

**Pytanie nr 6** dotyczy pakietu nr 5 poz. 1,1

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie dokładnych ilości igieł 1,1 i 1,2 aby móc rozbić pozycję na dwie pozycje. Prośbę swą kierujemy ponieważ ceny igieł 1,1 i 1,2 są dużo droższe. Zapis w tej chwili wymusiłby uśrednienie ceny co zawyży ceny igieł 0,45 – 0,9 i co będzie niekorzystne dla Zamawiającego.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 7** dotyczy pakietu nr 23 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

**Odp: Brak zgody**

**Pytanie nr 8** dotyczy pakietu nr 32 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie szyny Kramera o wymiarach 10 cm x 150 cm.

Prośbę swą kierujemy, ponieważ nikt z producentów nie produkuje tak szerokich szyn oraz tak długich ponad 2 metrowych. Pozwoli to złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę przetargową.

**Odp: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 9** dotyczy pakietu nr 51 poz.9 i 10

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty cenowo.

**Odp: Zamawiający wyraża zgodę oraz tworzy oddzielny pakiet.**

**Pytanie nr 10** dotyczy pakietu nr 54 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie drenów o długości ramion 16/38 cm.

Prośbę swą kierujemy ponieważ Medical Dren wstrzymał produkcję swoich drenów Kehr

**Odp: Zamawiający dopuszcza**

*DYREKTOR SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
/podpis w oryginale/*