



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 33

Siemiatycze 05.04.2017r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pakiet 47

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie czy **Zamawiający wymaga** aby pojemniki o pojemności od 250 ml do 5 000 ml były wyposażone w przytwierdzoną na stałe etykietę (etykieta malowana na pojemniku lub wklejana na stałe techniką IML) zawierającą oznakowania zgodne z wymogiem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w szczególności etykietę z możliwością opisu danych pacjenta oraz posiadające oznaczenia o zagrożeniach chemicznych i biologicznych?

Odp: Dopuszcza nie wymaga

Pakiet 47

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie czy **Zamawiający wymaga** podania w formularzu cenowym oraz na etykiecie produktu numeru identyfikującego produkt którym może być numer katalogowy służący pełnej identyfikacji produktu w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro ?

Odp: Dopuszcza nie wymaga

Pakiet 47

Z uwagi na zaistniały proceder jednej z nowych firm oferującej pojemniki na próbki histopatologiczne bez umieszczonych oznaczeń mających na celu identyfikację wyrobu medycznego bądź posiadające je w formie niezgodnej z aktem wykonawczym ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. zwracam się z wnioskiem o rozszerzenie katalogu przedłożenia przez Wykonawców próbek dla pakietu nr 47 po jednej sztuce z najczęściej używanych pojemności : 500 ml, 1000 ml, 5 000 ml w celu potwierdzenie czy oferowane dostawy potwierdzają wymagania określone przez Zamawiającego ?

Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 45 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szkiełek o grubości 0,13-0,16 mm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 45 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szkiełek o wymiarach 25 x 75 mm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 45 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szkiełek o grubości 0,13-0,16 mm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 45 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiej wielkości opakowania Zamawiający ma na myśli.

Odp: Opakowania po 50 szt.

Pakiet 45 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli pudełko na 50 czy 100 szkiełek.

Odp: Opakowania po 50 szt.

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/