



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) ♦

Zestaw pytań nr 37

Siemiatycze 05.04.2017r.

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 8

17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 17 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika przeznaczanego do żywienia w rozmiarach CH 8/110, 10/110, 12/110 cm spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Prośbę swą kierujemy ponieważ żaden producent nie produkuje cewników w rozmiarze CH 14/110 cm.**

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

DYREKTOR SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk  
*/podpis w oryginale/*