



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 1

Siemiatycze 04.04.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/01/17

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pakiet 16
poz 1

1. Czy zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,09- 0,10mm?
Odp: Zgodnie z SIWZ
2. Czy zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp: Zamawiający dopuszcza.

Poz 2

1. Czy zamawiający dopuści rękawice o długości min 290mm?
Odp: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Poz 3

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,14 – 0,16mm?
Odp: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 23, poz. 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek 2-warstwowych, celulozowo-foliowych, w rozmiarze 37 x 50 cm, opakowanie zawierające 250 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 32 op.?
Odp: Zgodnie z SIWZ

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginale/