



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 ♦ tel. +48 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦

Zestaw pytań nr 6

Siemiatycze 01.06.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Siemiatycze II”

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/03/17

Do Zamawiającego wpłynęło:

Pakiet nr 5 poz. 3,4,6

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie produktów czystych mikrobiologicznie jak pozostałych w tym samym pakiecie.

Odp: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet nr 5 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie długości drenu 200 cm, tak jak w pozostałych produktach z tego pakietu.

Odp: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian

Pakiet nr 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści maskę z DEHP z pierścieniem z haczykami wykonany z polipropyrenu, .

Pragniemy zaznaczyć iż w pozostałych produktach z tego samego pakietu nie wyklucza się zawartości DEHP.

Odp: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry bez zmian.

DYREKTOR SP ZOZ
Andrzej Szewczuk
/podpis w oryginalnej/