



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: [sekretariat@spzozsiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@spzozsiemiatycze.pl) •

Zestaw pytań nr 3

Siemiatycze, dnia 22.03.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8  
17-300 Siemiatycze

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI,,

Numer sprawy: SP ZOZ BP/01/18

**Do Zamawiającego wpłynęło:**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego, który zgodnie z instrukcją obsługi producenta, nie wymaga rutynowych konserwacji i regularnych kontroli, polegających na rozkręceniu na części, czyszczeniu, osuszaniu, wymian zużytych elementów? Niesie to za sobą zaangażowanie personelu medycznego, ponoszenie dodatkowych kosztów, czasowe wyłączenia zestawu z eksploatacji.

**Odp: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50% tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty ?

**Odp: Zamawiający nie wymaga**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, maski, filtry) był przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, na potwierdzenie czego Wykonawca ma dołączyć do oferty oświadczenie producenta?

**Odp: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

DYREKTOR SP ZOZ  
*Andrzej Szewczuk*  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach  
*Andrzej Szewczuk*

